angiodynamics

NanoKnife

TÁVTARTÓ EGYELEKTRÓDÁS SZONDÁKHOZ HASZNÁLATI UTASÍTÁS

hu 27 °C

16930474-06A – Hungarian
2026. 01.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FIGYELEM

℞ ONLY Az Amerikai Egyesült Államok szövetségi törvényei értelmében ez az eszköz csak orvos által értékesíthető vagy orvos utasítására használható.

Ezt az eszközt etilén-oxiddal sterilizálták. Ez az eszköz kizárólag egyetlen betegnél használható. Bontatlan és ép csomagolás esetén steril. Tilos újrasterilizálni.

A távtartó kizárólag az AngioDynamics egyelektródás szondáival használható. A NanoKnife eljárással kapcsolatos további információkért olvassa el a szonda használati utasítását.

FIGYELMEZTETÉSEK

Az egyszer használatos eszközök újrafelhasználása a beteg vagy a felhasználó fertőződésének potenciális kockázatával jár. Az eszköz szennyeződése a beteg sérüléséhez, megbetegedéséhez vagy halálához vezethet.

Az újrafeldolgozás ronthatja az eszköz integritását és/vagy az eszköz elégtelenségéhez vezethet.

A TERMÉK LEÍRÁSA


A távtartó egyetlen alkotóelemből áll, amely egy elsődleges szondahellyel és 4 másodlagos szondahellyel rendelkezik, és lehetővé teszi, hogy felhasználó a szondákat egymástól 10–25 mm +/- 1 mm távolságban helyezze el.

AZ ESZKÖZ RENDELTETÉSE


Az egyelektródás szondák távtartója az egyelektródás szondák párhuzamos és egymástól meghatározott távolságban történő elhelyezését hivatott biztosítani.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1. Használat előtt ellenőrizze az eszközöket és a csomagolást, hogy nincs-e rajtuk sérülés. Ha valamelyik eszköz vagy a steril védőcsomagolás megsérült, NE használja az eszközt.
2. Steril technikát használva bontsa ki a csomagolást, és óvatosan vegye ki az eszközt.
3. Csatlakoztassa a távtartót az első szondához, úgy hogy végigcsúsztatja benne a szondát (az 1. ábrán látható módon) vagy úgy, hogy rápattintja a távtartót a szonda szárára (a 2. ábrán látható módon).
4. Csatlakoztassa a távtartót a második szondához, úgy hogy végigcsúsztatja benne a szondát (az 1. ábrán látható módon) vagy úgy, hogy rápattintja a távtartót a szonda szárára (a 2. ábrán látható módon).



1. ábra



2. ábra

A 21 CFR 801.15 rész előírásaival összhangban a NanoKnife távtartó címkéjén kísérőszöveg nélkül megjelenő szimbólumok magyarázata a NanoKnife rendszer felhasználói kézikönyvében található.

SZIMBÓLUM	CIKKSZÁM	SZIMBÓLUM MEGNEVEZÉSE	SZIMBÓLUM JELENTÉSE
UPN	–	Univerzális termékszám	Az univerzális termékszám (UPN) kód egy eszköz gyártói kódszámát jelenti.
	–	Mennyiség a csomagban	Azt jelzi, hogy a mellette lévő számnak megfelelő számú egység található a csomagban.
	–	Újrahasznosítható csomagolás	Újrahasznosítható csomagolás.[a]

a. EN ISO 14021 Környezeti címkék és nyilatkozatok. Saját nyilatkozatot tartalmazó környezeti állítások (II. típusú környezeti címkézés)

* Az AngioDynamics, az AngioDynamics logó, a NanoKnife és a NanoKnife logó az AngioDynamics, Inc., illetve társult vállalatainak vagy leányvállalatainak védjegye és/vagy bejegyzett védjegye.

AngioDynamics, Inc.
603 Queensbury Avenue
Queensbury, NY 12804 USA
USA Customer Service
800-772-6446

EU REP
AngioDynamics Netherlands BV
Siriusdreef 17-27
Hoofddorp, 2132 WT
The Netherlands

UK CA 0086
UK Responsible Person:
AngioDynamics UK Ltd.
c/o Kidd Rapinet
29 Harbour
Exchange Square
London E14 9GE
United Kingdom

CE 2797

© 2026 AngioDynamics, Inc. vagy társult vállalatai.
Minden jog fenntartva.

AngioDynamics, Master Brand DFU Template 8.5 x 11 in DFU, Nanoknife Single Electrode Probe Spacer, 16930474-06A_Hungarian